

## CERTIFICAT D'EVALUATION

Objet soumis a l'essai : **SORBONNE A RECIRCULATION**

Marque : **ADS LAMINAIRE**

Type : **PROTOTYPE « C PURE »**

Type de filtre : **Charbon actif CA3/9**

Classe sécurité : **2**

Classe filtration : **V**

a été évaluée du 27/09/12 au 19/10/12 selon le référentiel NF X 15 211

- Test au fumigène : **conforme**
- Vitesse frontale : **conforme**
- Test de confinement : **conforme (seuil défini dans XP X 15.206)**
- Essai de performance à la filtration : voir tableau ci dessous

	N°CAS	Phase normale	Phase détection
Acide chlorhydrique	7647-01-0	48g	980g
Isopropanol	67-63-0	41g	1230g
Cyclohexane	110-82-7	125g	930g

(Voir Rapport A01M2ADL001B ind 0)

**Le présent certificat est établi pour l'objet soumis à essai et pour les objets dont l'assurance qualité du fournisseur prouvera que les performances sont identiques**

Fait le 09 Janvier 2013

Visa Approbation :

**E.CHEVALLEY**

**MAPE SAS**

Responsable Technique



Agences : ETUPES - LILLE - LYON - PARIS - TOULOUSE / International : ITALIE - SUISSE

[www.groupe-mape.com](http://www.groupe-mape.com) - [contact@groupe-mape.com](mailto:contact@groupe-mape.com) - Tél : 03.81.99.10.99